

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

XLR8 · XLR8+

NOTAS IMPORTANTES

- Para ayudar a reducir el riesgo de infección y el contacto con sangre y fluidos corporales, utilice equipo de protección personal (EPP), como guantes para procedimientos médicos.
- Al desinfectar las unidades, se debe tener mucho cuidado para garantizar que no se acumule exceso de líquido alrededor de la pantalla ni en los bordes exteriores del sello de goma.
- No se debe aplicar presión excesiva sobre la pantalla.
- Tenga cuidado de evitar que entre humedad en la bomba durante la limpieza.
- No utilice toallitas abrasivas sobre la pantalla.



PROCESO DE LIMPIEZA

1. Si la unidad cuenta con una **bolsa de transporte (Carrying Bag)**, retire la bomba de la bolsa y deseche la bolsa.

2. Utilice **toallitas desinfectantes Sporidicin®** o cualquier solución/toallita desinfectante aprobada por la **FDA**.

Si no está seguro, un representante de **Genadyne Bio-Med** puede ayudar al establecimiento a determinar si el desinfectante específico es adecuado para su uso.

Si es necesario, exprima la toallita antes de utilizarla para reducir la cantidad de líquido presente en ella.

3. Limpie todo el material orgánico (**suciedad visible o secreciones corporales**) de la unidad de

4. Utilizando la toallita, comience **por el lado de la unidad donde se encuentra el recipiente (canister)**.



Limpie los lados de la unidad y posteriormente limpie la parte frontal.



Limpie suavemente las marcas o manchas alrededor de la pantalla.



Incline la unidad para evitar que el líquido se acumule sobre el área de la pantalla.

5. Limpie la pantalla.

Se debe tener **mucho cuidado al limpiar la pantalla para evitar que entre líquido en ella.**

La limpieza debe realizarse muy suavemente para evitar dañar la pantalla.

6. Coloque la unidad en posición horizontal, con el área de la pantalla hacia arriba, y permita que **se seque al aire.**



7. Una vez que la unidad se haya secado, limpie la pantalla con un **pañó de microfibra** para reducir la acumulación de líquido en la pantalla y eliminar cualquier marca o mancha.

8. Revise que no haya daños evidentes en:

- La carcasa (grietas o roturas)
- La pantalla
- El puerto de alimentación

Si encuentra algún daño, **identifique la unidad y siga los procedimientos locales para productos no conformes**, o comuníquese con **Genadyne** para solicitar una **Autorización de Devolución de Mercancía (RMA)***.

9.



Utilice una toallita nueva para limpiar:

- El adaptador
- El cable
- Las ranuras y áreas de difícil acceso del conector de alimentación



Enrolle el cable de alimentación formando un lazo.

10. Al finalizar el proceso de limpieza, **deseche los guantes y las toallitas.**

Asegúrese de lavarse las manos.

11. Traslade la unidad limpia a otra área para evitar la **contaminación cruzada.**

No manipule productos limpios utilizando guantes sucios.

DMR-03-107-ES Rev E



1.800.208.2025 | info@genadyne.com | www.genadyne.com

HISTORIAL DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN DEL EQUIPO **XLR8 · XLR8+**

REV. NO.	DESCRIPCIÓN DE REVISIÓN	FECHA	QUIEN LO REALIZA

RESPONSABLE

Nombre:

Firma:

APROBADO POR

Nombre:

Firma: